

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/608f9e09-7c3b-3b2d-9e4d-27395d2e35d3>

Bibliografie

Titel	Beeinflussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder Eine Handlungshilfe für die betriebliche Praxis (bisher: BGI/GUV-I 5111)
Amtliche Abkürzung	DGUV Information 203-043
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Anhang 1 BGI/GUV-I 511 - Typische Geräte und Anlagen

Bei Geräten des täglichen Lebens ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Einhaltung eines Mindestabstandes von 30 cm zwischen Oberkörper und Oberfläche des Gerätes in der Regel eine Beeinflussung des Implantats ausgeschlossen. An Arbeitsplätzen in der direkten Umgebung von Anlagen und Maschinen können Beeinflussungen von aktiven Implantaten jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

In den folgenden Tabellen wurden Geräte und Anlagen in die Rubrik "Beeinflussung möglich" aufgenommen, wenn unter normalen Betriebsbedingungen die in der Umgebung auftretenden Felder grundsätzlich in der Lage sind, Herzschrittmacher zu beeinflussen. Eine Eingruppierung in die Rubrik "Beeinflussung nicht wahrscheinlich" erfolgte für alle Geräte und Anlagen, wenn eine Beeinflussung ausgeschlossen oder nur bei speziellen Expositionsbedingungen zu erwarten ist.

Die unter "Bemerkung" angegebenen Hinweise sind **zwingend** zu beachten.

Gerät	Beeinflussung von Herzschrittmachern		
nicht wahrscheinlich	möglich	Bemerkung	
Bürogeräte			
Beleuchtung (Decken- u. Tischleuchten)	X	-	-
IT-Geräte (z.B. PC)	X	-	-
Telefon/FAX-Gerät	X	-	-
Lüfter, Heizlüfter	X	-	-
Elektrische Bürogeräte (z.B. Kopierer, Schreibmaschine, Aktenvernichter, Hefter)	X	-	-
Multimedia (Audio/Video)	X	-	in Implantatnähe möglich
Dauermagnete (Magnetklammern, Namensschilder, Plaketten)	X	-	in Implantatnähe möglich

Gerät	Beeinflussung von Herzschrittmachern		
Funkanwendungen			
Funksteuerung	X	-	-
DECT, WLAN, Bluetooth	X	-	-
Alarmanlagen	X	-	-
Funkgerät, handgeführt (z.B. Werkfunk)	X	-	in Implantatnähe möglich
Sendeanlage (Mobilfunk, Radio, TV)	X	-	In öffentlich zugänglichen Bereichen ausgeschlossen, möglich jedoch in der direkten Umgebung der Sendeanlage
City Funk (z.B. Taxifunk)	-	X	bei Aufenthalt an der Sendeantenne
Erkennungssysteme (z.B. Artikelsicherungsanlagen, RFID)	-	X	Bei Aufenthalt in der direkten Umgebung der Antennen
Mobiltelefon (Handy)	-	X	bei GSM 900 und Abständen kleiner 20& cm zum Implantat und bei maximaler Sendeleistung des Mobiltelefons
Geräte für den Hausgebrauch			
Küchenmaschinen (z.B. Dosenöffner, Brotschneidemaschine, Elektromesser)	X	-	-
Bodenreinigungsgeräte (z.B. Staubsauger)	X	-	-
Haushaltsgeräte (z.B. Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler)	X	-	-
Geräte der Unterhaltungselektronik (z.B. Fernsehen, Video, DVD-Player)	X	-	-
Koch- und Erwärmungsgeräte (z.B. Herd, Backofen, Toaster, Grill, Mikrowellenofen, Bügeleisen)	X	-	Bei Induktionskochfeldern ist eine Beeinflussung möglich
Geräte zur Körperpflege (z.B. Zahnbürste, Munddusche, Rasierapparat, Fön)	X	-	Bei Fön und Rasierapparat in Implantatnähe möglich
Ortsveränderliche Anlagen und Betriebsmittel			

Gerät	Beeinflussung von Herzschrittmachern		
Akkubetriebene Elektrowerkzeuge	X	-	-
Magnethaltesysteme (Lasthebemagnete)	X	-	In Implantatnähe und bei Leerlauf möglich
Netzbetriebene Elektrowerkzeuge (z.B. Bohrmaschine, Schwingschleifer, Handkreissäge, Winkelschleifer)	X	-	In Implantatnähe möglich
Geräte im Landschafts- und Gartenbau (elektrisch und mit Verbrennungsmotor: z.B. Häcksler, Heckenschere, Kettensäge, Laub-/Schneegebläse)	X	-	In Implantatnähe und/oder bei Störungsbeseitigung möglich
Ortsveränderliche Anlagen und Betriebsmittel (Fortsetzung)			
Motorfahrzeuge, Flurförderzeuge (mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb)	X	-	In Implantatnähe und/oder bei Störungsbeseitigung an Motor, Anlasser, Lichtmaschine und Zündanlage in Implantatnähe
Baumaschinen (z.B. Betonmischer, Rüttler, Kran)	X	-	In Implantatnähe und/oder bei Störungsbeseitigung an Motor, Anlasser, Lichtmaschine und Zündanlage in Implantatnähe
Ortsfeste Maschinen, Anlagen			
Hebebühne	X	-	-
Beleuchtungsanlagen	X	-	-
Wechsel-/Drehstrommotore	X	-	In Implantatnähe möglich
Linearmotore	X	-	
Werkzeugmaschinen	X	-	
Be- und Verarbeitungsmaschinen (z.B. bei der Holz- und Metallbearbeitung)	X	-	
Magnete zur Positions- und Lageerkennung, (z.B. bei Magnetschaltern und Pneumatikzylinder)	X	-	In Implantatnähe möglich
Magnetische Spann- und Halteeinrichtungen	X	-	In Implantatnähe möglich, eine mögliche Remanenz der Werkstücke muss berücksichtigt werden

Gerät	Beeinflussung von Herzschrittmachern		
Metalldetektoren	X	-	In Implantatnähe möglich
Erodiermaschine	-	X	-
Corona-Oberflächenbehandlung	-	X	-
Energieversorgung			
Batterieraum	X	-	-
Kondensatorbatterie	X	-	-
Kabel u. Leitungen (Industrieanlagen/Kabelbühnen Hochspannungskabel, Sammelschiene, Energieverteilung, Freileitung)	X	-	Bei Strömen größer 100 A in der unmittelbaren Umgebung der stromführenden Leiter möglich
Freiluftschaltanlagen	X	-	Nur bei Arbeiten in der Anlage möglich
Frequenzumformer	X	-	Je nach Abstand und Bauart möglich
Umrichter	X	-	Je nach Abstand und Bauart möglich
Ladestationen, Gleichrichter	X	-	Je nach Abstand und Bauart möglich
Notstromaggregat	X	-	Je nach Abstand und Bauart möglich
Photovoltaikanlage	X		Am Umrichter möglich
Schaltanlagen (SF6/ Innenraumschaltanlagen)	X	-	Je nach Abstand und Bauart möglich
Trafostation	X	-	In öffentlich zugänglichen Bereichen ausgeschlossen, möglich jedoch in der direkten Umgebung der Niederspannungsseite
Umspannwerk	X	-	Außerhalb des Umspannwerks ausgeschlossen
Windkraftanlage	X	-	Im Inneren der Anlage möglich
Induktive Energieübertragung	-	X	-

Gerät	Beeinflussung von Herzschrittmachern		
Drossel (Luft-, Kompensations-, Kurzschlussstrombegrenzungsdrossel)	-	X	-
Generator	-	X	An der Generatorableitung
Industrieanlagen			
Warmhalteöfen (Widerstandsbeheizt)	X	-	-
Beschichtungsanlagen (Lackiererei)	X	-	Bei elektrostatischen Lackierverfahren möglich
Elektrolyse-/Galvanikanlagen	-	X	-
Magnetabscheider	-	X	-
Magnetisier-/ Entmagnetisiereinrichtungen	-	X	-
Glüh-/Härte-/Vergüteanlagen	-	X	-
Induktive Erwärmungsanlagen	-	X	-
Kugellageranwärmgerät	-	X	-
Schmelzöfen (Lichtbogen/induktiv)	-	X	-
Lötanlagen	-	X	-
Rissprüfanlage	-	X	-
Rohrendprüfanlage	-	X	-
HF-Kunststoffstanze	-	X	-
HF-Trockner	-	X	-
Schweißeinrichtungen/-verfahren			
Kunststoff-Schweißen (50 Hz)	X	-	-
Laser - Schweißen	X	-	-
Schweißeinrichtungen/-verfahren (Fortsetzung)			
Lichtbogenhandschweißen (Elektrode, MIG, MAG, WIG, Plasma, UP)	X	-	Je nach Abstand, Kabelführung und Bauart möglich

Gerät	Beeinflussung von Herzschrittmachern		
Induktionssiegeleinrichtung (Deckelschweißeinrichtungen)	X	-	Je nach Abstand und Bauart möglich
Widerstandsschweißen	-	X	-
Kondensator - Schweißen	-	X	-
HF-Kunststoffschweißen	-	X	-