

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/8b856190-5ca3-3f24-b551-078606c6cd93

Bibliografie

Titel Beeinflussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder Eine Handlungshilfe für die

betriebliche Praxis (bisher: BGI/GUV-I 5111)

Amtliche Abkürzung DGUV Information 203-043

**Normtyp** Satzung

**Normgeber** Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

## Abschnitt 5.2 BGI/GUV-I 511 - Ermittlung/Identifizierung der Feldquellen

Bei der Ermittlung der Feldquellen sind alle feldrelevanten, elektrisch betriebenen Arbeits- und Betriebsmittel sowie Anlagen innerhalb der Arbeits- und Aufenthaltsbereiche und deren Zugangswege zu berücksichtigen. Als Hilfestellung kann hier die in Anhang 1 befindliche Anlagen- und Geräteliste dienen.

1

Handelt es sich bei den ermittelten Arbeits- und Betriebsmitteln um Geräte und Anlagen, bei denen nach Anhang 1 eine Beeinflussung von Implantaten auszuschließen ist, sind keine weiteren Maßnahmen zur Ermittlung der Exposition, der Eigenschaften des Implantates und der Störbeeinflussung erforderlich.

